



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2021-10-20

Z/ZZP.2375.10.21

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 186 z dnia 24.09.2021r. pod poz. 481300.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE 1:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 18 serwety angiograficznej o wymiarach 240x380cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe), serweta wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup> z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 100x380cm. Serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia o wymiarach 70x380cm. W górnej części serwety dodatkowa warstwa chłonna w kształcie krzyża o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup>, nachodząca na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 97cm. Odporność na przenikanie cieczy w miejscu krytycznym min. 999cm H<sub>2</sub>O, w pozostałej części serwety min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Łączna gramatura w miejscu krytycznym min. 164g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**PYTANIE 2:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 18 serwety angiograficznej o wymiarach 240x380cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe), serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 73g/m<sup>2</sup> z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 100x380cm. Serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia o wymiarach 70x380cm. W górnej części serwety dodatkowa warstwa chłonna w kształcie krzyża o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup>, nachodząca na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 97cm. Odporność na przenikanie cieczy w miejscu krytycznym oraz w pozostałej części serwety min. 999 cm H<sub>2</sub>O. Łączna gramatura w miejscu krytycznym min. 178g/m<sup>2</sup>.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**PYTANIE 3:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 18 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze min. 43g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 140cm H<sub>2</sub>O oraz wytrzymałości na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 160kPa. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**PYTANIE 4:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, l.p. 2 (stent platynowo-chromowy DES) dopuszcza profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042, pozostałe bez zmian?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentu o parametrach wskazanych w zapytaniu.

**PYTANIE 5:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 1 ust. 4 następującego brzmienia: „Dostawcy należy się tylko wynagrodzenie za sprzęt pobrany z „banku sprzętu”.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 6:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 1 ust. 2a o następującej treści: „Własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania sprzętu z „banku sprzętu” przez Zamawiającego.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 7:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 1 ust. 6 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Dostawca ma prawo sprawdzić w obecności reprezentanta Zamawiającego stan ilościowy banku sprzętu oraz dokonać kontroli terminu ważności sprzętu cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 8:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie § 1 ust. 3a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z „banku sprzętu” przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w „banku sprzętu” więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą *first expired/first out*.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 9:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego z zakresem średnic 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm, z zakresem długości 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm, profil dla balonu 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210", bez wymagania długości użytkowej 150 cm, z ABP 20 atm dla wszystkich rozmiarów?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**PYTANIE 10:**

Do §1 ust.1 wzoru umowy. Wskazujemy, że zapis §1 ust.1 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §1 ust.1 umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 11:**

Do §3 ust. 4 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 12:**

Czy Zamawiający w nawiązaniu do art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) dopuści możliwość: jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga aktualnych na dzień złożenia przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć wraz z ofertą.

**PYTANIE 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. §1 ust. 2).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §1 ust. 2)

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 15:**

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 1. ust. 2).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 16:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 1 ust. 8 projektu umowy wprowadzającego 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego” na „...od dnia jej uznania”.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 17:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. b), c):

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,5% wartości **brutto** niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy**;
  - c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 1 ust. 5 w wysokości 0,1% wartości **brutto wadliwej** dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy**.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 18:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany

przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 19:**

Projekt umowy wg Zał.4 SWZ

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy w paragraf.1 o minimalną wartość realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania. Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

**PYTANIE 20:**

Projekt umowy wg Zał.4 SWZ

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy w paragraf. 1 i uzupełni je o zapis gwarantujący pobieranie z "banku sprzętu" asortymentu z najkrótszą datą przydatności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired, first out; polskie tłum.: pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi) czyli wydawania towarów z banku sprzętu w pierwszej kolejności tych z najkrótszą datą przydatności?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.