



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Rzeszów, 2021-10-01

Z/ZZP.2378.5.21

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 12.10.2021r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

Zał. nr 6 do SWZ – wzór umowy §6 ust. 5

**Dotyczy zadania 5**

**Pytanie nr 1.** Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych i modyfikację umowy zgodnie z poniższym wzorem:

**§6**

*5. W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii Urządzenia lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia dla napraw niewymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 15 dni roboczych naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach niegorszych niż przedmiot dostawy dla napraw przekraczających termin 5 dni roboczych.*

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Zał. nr 6 do SWZ – wzór umowy §6 ust. 10

**Dotyczy zadania 5**

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje niniejszego zapisu zgodnie ze wzorem poniżej?

**§6**

*10. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi naprawy lub wymiany Urządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zamiennego o parametrach niegorszych od przedmiotu zamówienia i realizacji naprawy w terminie do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku niewywiązania się z 15-dniowego terminu naprawy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy poprzedzonego wezwaniem Wykonawcy do realizacji obowiązków wynikających z umowy.*

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem zbyt radykalnym z uwagi na fakt, iż termin na naprawę urządzenia określony przez Zamawiającego jest stosunkowo krótki. Dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy należyście zabezpiecza interesy Zamawiającego. Wnosimy o równe traktowanie stron umowy i odstąpienie od tak radykalnych kar dla stosunkowo niewielkich przewinień. Zwracamy uwagę, iż wzór umowy przewiduje kary umowne wyłącznie wobec Wykonawcy, nie przewiduje ponoszenia odpowiedzialności finansowej wobec Zamawiającego np. za zwłokę w płatności bądź w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy §6 ust. 10

**Dotyczy zadania 5**

**Pytanie nr 3.** Prosimy o uprzedzenie czynności odstąpienia od umowy wezwaniem Wykonawcy do realizacji obowiązków umowy w terminie określonym przez Zamawiającego na 5 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy §6 ust. 11

**Dotyczy zadania 5**

**Pytanie nr 4.** Prosimy o dopuszczenie wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia trzeciej awarii/wady z uwagi na powszechność stosowania tego rozwiązania na rynku.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Załącznik nr do SWZ – formularz ofertowy

**Dotyczy zadania 5**

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z formularza ofertowego tabel na pakiet, które nie stanowią przedmiotu oferty Wykonawcy i pozostawienie tylko, tych które obejmuje złożona oferta?

**Odp. Tak**

**PYTANIE:**

**Pytanie 1 dot. zadanie nr 3 Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 4szt.**

**Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy?**

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**PYTANIE:**

**Pytanie 1. Pkt 40, 107, 174** – Czy Zamawiający zaakceptuje wykonywanie przeglądów wg zaleceń producenta, co w zależności od konfiguracji może być 1 raz na 2 lata lub 1 raz na rok?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 2. Pkt 21 oraz 88** – Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru oddechu +/-1 w zakresie 0-120 oddech oraz +/-2 w łącznym zakresie 0-170 oddechów?

**Odp. Tak**

**PYTANIE:**

Czy zamawiający w celu równoważenia ryzyk stron umowy dopuści 30 dniowy termin płatności? wymagany 60 dniowy termin jest długi i jego skrócenie pozwoli nam na złożenie korzystniejszej oferty.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**