



ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2378.8.21

Rzeszów, dnia 09.11.2021r

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych sprzętów medycznych (z terminem składania ofert w dniu 12.11.2021r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

### **PYTANIE**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 1 ust. 4 projektu umowy wprowadzającego 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego” na „...od dnia jej uznania”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. b), c):

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości **brutto niezrealizowanej dostawy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy**;
- c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 1 ust. 5 w wysokości 0,1% wartości **brutto wadliwej części** dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy**.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy**

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF**

## Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 - Wielorazowy transparentny mankiet do infuzji ciśnieniowych o pojemności 500 ml, posiadający kieszon, gruszkę i manometr. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. Tylne strony mankieta wzmocnione stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. Dokładność manometru  $\pm 2$  mmHg przy 300 mmHg. Konstrukcja odporna na przecięcie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankieta po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ****Pytanie**

Zadanie 6 - Zestaw do szybkiego przetaczania płynów.

Punkt 6 - prosimy o dopuszczenie mankieta z przezierną przednią stroną.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Punkt-10 - prosimy o dopuszczenie umieszczonego w dolnym rogu mankieta.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ****Pytanie**

Jako producent pościeli szpitalnej składamy następujące zapytania do SIWZ do Zadania nr 8:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pościel nie będącą wyrobem medycznym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odp. TAK****Pytanie****1. Dotyczy Zadanie nr 11 pozycje:**

Wózek medyczny -1szt.

Wózek medyczny z koszem -5szt.

Wózek transportowy-1szt.

Stół roboczy ociekowy -1szt.

Stół roboczy-1szt.

Stół roboczy na kółkach -1szt.

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli, Zamawiający oczekuje żeby Wytwórca posiadał dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Nadmienię, iż meble z certyfikatem EN ISO 13485:2016 są wykonane z zachowaniem wszystkich niezbędnych norm wymaganych dla wyrobu przeznaczonego dla rynku szpitalnego

**Odp. TAK**