



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2022-06-08

Z/ZZP.2375.11.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawę łóżek szpitalnych** (z terminem składania ofert w dniu 10.06.2022r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytania 1-75 dotyczą zadania nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 2

W nawiązaniu do pkt. 38 tabeli z parametrami technicznymi czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne wyposażone w wyświetlacz LCD informujący o uzyskaniu kąta segmentu oparcia pleców 15° , 30° , 45° oraz kąta przechyłu leża 12° , co jest parametrem równoważnym do opisanego w SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy w związku z pkt. 29 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania pozycji mobilizacyjnej za pomocą kilku przycisków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 260 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o bezpiecznym obciążeniu 260 kg.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwiękową informacją o najniższym położeniu leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 10 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy w związku z pkt. 30 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z diodową informacją o zablokowanych funkcjach, bądź ukazującą się na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko z oddzielnym przyciskiem do sterowania funkcją autokontur znajdującą się na pilocie przewodowym i panelu w barierkach bocznych od strony zewnętrznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami blokady hamulca znajdującymi się bezpośrednio przy kołach od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołem artystycznym nie wyodrębnionym kolorystycznie, co wydaje się parametrem zbędnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi poniżej poziomu materaca, ale nie pod leże?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami do unieruchamiania materaca na leżu po każdej stronie dłużnego boku, które w pełni zabezpieczają materac przed przesuwaniem się?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac bez właściwości statycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pkt. 5 OPZ dopuści łóżko z konstrukcją opartą o system ramion wznoszących w celu zwiększenia stabilności leża bez względu na rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w pkt. 16 OPZ dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża, w zakresie 400 mm do 850mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pkt. 18 OPZ dopuści łóżko z regulacją elektryczną części plecowej w zakresie 0-72°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pkt. 20 OPZ dopuści łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 0-40°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w pkt. 33 OPZ dopuści łóżko z pojedynczymi kołami 150 mm z centralnym systemem hamulcowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pkt. 34 OPZ dopuści łóżko bez piątego koła kierunkowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w pkt. 35 OPZ dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy przy każdym z 2 kół jezdnych (od strony nóg) z kolorystycznym oznaczeniem funkcji dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w pkt. 36 OPZ dopuści łóżko z pojedynczymi kołami o średnicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, koła jezdne antystatyczne bez oznaczenia kolorystycznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pkt. 37 OPZ dopuści łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w pkt. 41 OPZ dopuści łóżko posiadające barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża w części pleców – zabezpieczające pacjenta również w pozycji siedzącej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w pkt. 45 OPZ dopuści łóżko, bez oświetlenia pod łóżkiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w pkt. 55 OPZ dopuści łóżko, z poziomym uchwytem na butlę z tlenem, montaż bez użycia narzędzi – 1szt/1 łóżko?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 30

Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści 2200 mm (± 35 mm) długości zewnętrznej łóżka przy spełnieniu pozostałych wymogów w punkcie 7?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 31

Ad. 16 – Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 370 – 750 mm (± 25 mm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 32

Ad. 17 – Czy Zamawiający zgodzi się przyznać maksymalną ilość punktów za wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diod LED podświetlających na zielono powierzchnię pod leżem? W przypadku pozycji powyżej najniższego poziomu diody świecą na czerwono.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu pleców w zakresie 0-60° ($\pm 7^\circ$)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 34

Ad. 24 – Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburg’a i anty-Trendelenburg’a min. 12° – sterowanie na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz dla pozycji Trendelenburg’a/antyszokowej po stronie zewnętrznej sterowników wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Ad. 25 – Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną do pozycji krzesła kardiologicznego - sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Ad. 27 – Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję CPR oraz elektryczną funkcję antyszokową oznaczone odrębnymi kolorami i odpowiednim piktogramem na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej oraz tym samym (czerwonym) kolorem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg? Obie funkcje omijają blokadę sterowania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 37

Ad. 29 – Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną pozycję łóżka ułatwiającą wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na dodatkowym panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony głowy oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

Ad. 30 - Czy Zamawiający dopuści blokadę wymaganych w punkcie nr 30 funkcji sygnalizowaną z poziomu minimum panelu sterowniczego wieszanego od strony nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Ad. 32 - Czy Zamawiający dopuści wskaźnik ładowania baterii lub akumulatora widoczny w panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Ad. 35 - Czy Zamawiający dopuści blokadę wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy przy min. 2 kołach jezdnych z kolorystycznym oznaczeniem funkcji dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Ad. 36 - Czy Zamawiający dopuści wszystkie cztery koła antystatyczne, bez konieczności oznaczania odrębnym kolorem, oraz o wymaganej średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 42

Ad. 42 - Czy Zamawiający dopuści Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentem pleców - zabezpieczające również w pozycji siedzącej? Barierki od strony segmentu nóg pozostają w swojej pozycji przy regulacjach dotyczących sekcji uda i podudzia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 43

Ad. 44 - Czy Zamawiający dopuści regulowane uchwyty obejmujące materac, zapobiegające przesuwniu się materaca po płycie leża, min.2 po każdej z dłuższych stron leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Ad. 50 - Czy Zamawiający dopuści Kabel zasilający, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Ad. 59 - Czy Zamawiający ma na myśli Deklarację Zgodności Unii Europejskiej? Przy wyrobach medycznych klasy I certyfikacja CE nie jest wymagana.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 46

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50/60 Hz bez sygnalizacji podłączenia do sieci? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka elektrycznego jest ono zawsze podłączone do sieci, a o konieczności odłączenia łóżka od sieci np. w przypadku jego przemieszczania informuje o tym stosowany zapis w instrukcji obsługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora na panelu sterowniczym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2230 mm (+/- 10 mm) z możliwością przedłużania leża o 300 mm dla pacjentów wysokiego wzrostu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 49

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segmenty leża wypełnione w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia płytami HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 50

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla pozycji leża oraz max. wagę pacjenta 185 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiającym łatwy dostęp do pacjenta, możliwość zablokowania szczytu przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka), blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych w dolnej części szczytu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 805 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 53

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części plecowej w zakresie 0 – 65° (+/- 5°)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 55

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części nożnej w zakresie 0 – 45° (+/- 2°)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 56

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego system podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentu pleców 11 cm i nóg 4 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną funkcji autokontur sterowaną przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym dla personelu medycznego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na pilocie przewodowym dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga 15° (+/- 2°) – ze względów bezpieczeństwa sterowanie tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR oraz elektryczną funkcję naczyniową (antyszokową) oznaczone odrębnymi czytelnymi, odpowiednimi piktogramami tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg, obie funkcje omijające blokadę sterowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną pozycję egzaminacyjną, do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość elektrycznego ustawienia leża do pozycji ułatwiającej wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy przycisków służących do regulacji segmentów leża oznaczonych odpowiednimi piktogramami dostępnymi na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w bariery boczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej, a także za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokadę funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacji funkcji autokontur
- regulacji przechyłów wzdłużnych

Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) oraz na panelu sterowniczym za pomocą sygnalizacji diodowej LED?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 64

Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora na panelu sterowniczym dla personelu medycznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pojedyncze koła z centralnym systemem hamulcowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cztery koła jezdne z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego i nie ma konieczności stosowania dodatkowego 5-tego koła jako koła kierunkowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralną blokadę wszystkich kół jednocześnie, dźwignia hamulców i jazdy dostępna od strony nóg pacjenta (na całej szerokości podstawy) z graficznym oznaczeniem funkcji dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pojedyncze koła o średnicy 150 mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, jedno koło jezdne antystatyczne oznaczone dla identyfikacji odrębnym kolorem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bariereki tworzywowe poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zabezpieczające również w pozycji siedzącej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 71

Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego uchwyty obejmujące materac po prawej i lewej stronie łóżka zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża, 2 uchwyty z prawej strony leża i 2 uchwyty z lewej strony leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Czy (w pkt. 48) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub podwieszenia pod nią panelu sterowniczego), udźwig do 15 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 73

Czy (w pkt. 52) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m³ lub 30 kg/m³?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

Czy (w pkt. 52) Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pozytywnego badania na niepalność pokrowca (CRIB 5)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 75

Czy (w pkt. 56) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez koszyka na worek zbiorczy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.