



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2022-07-06

Z/ZZP.2375.16.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych** (z terminem składania ofert w dniu 08.07.2022r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiającego w poz. 5 oczekuje worki na zwłoki o wymiarach 220 x 90 cm tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce .

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 4 kołderkę grzewczą j. u. o wymiarach 110 cm x 220 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kołderkę o takich wymiarach.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Czy w przypadku braku nr katalogowego nadanego przez producenta można podać numer symbolu indeksu

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o wymiarach 17,5 x 9,5 cm (+/-5 mm)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6**Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7**Dotyczy pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści czepkę wykonaną w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m². Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8**Dotyczy pakietu nr 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, z warstwy nieprzemakalnej ze wzmocnieniem chłonnym 65 x 190 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 80g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana, wzmocnienie 60 x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9**Dotyczy pakietu nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, z warstwy nieprzemakalnej ze wzmocnieniem chłonnym 65 x 190 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 80g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana, wzmocnienie 60 x 145 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie w miejscu krytycznym
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie w miejscu krytycznym
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie w miejscu krytycznym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80 x 140 cm, niepiaskowana, wzmocnienie 60 x 140 cm, gramatura w części wzmocnionej 80g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane w okolicy karku na standardowy rzep?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z kolorową lamówką pod szyją ułatwiającą szybką identyfikację rozmiaru fartucha? Identyfikacja rodzaju fartucha w postaci nadruku na fartuchu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze materiału podstawowego 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13, 14

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści bluzę typu jacket z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową w rozmiarze 50 x 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 21**Dotyczy pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa chłonna tłoczona. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii. Parametry chłonności podkładu potwierdzone oświadczeniem producenta (kartą danych technicznych wystawioną przez producenta).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22**Dotyczy pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę jednorazowego użytku – warstwa zewnętrzna polipropylenowa o gramaturze 25 g/m², wypełnienie poliester min. 60g/m², spełniająca pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23**Dotyczy pakietu nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki o grubości 0,15mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24**Dotyczy pakietu nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje worka na zwłoki w rozmiarze 220 x 90cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 25**Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26**Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 16 x 250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27**Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 90 x 150 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 28**Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 85 x 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29**Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetkę w rozmiarze 40 x 40 cm, wykonaną z włókniny spunlace, opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa oraz standardowy karton zewnętrzny?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30**Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do ablacji o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Chłonność wzmocnienia min. 680%.
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm, transparentna folia PE o grubości 50µm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier 107x23m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier 108x25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch z długim rękawem zakończonym mankietem z elastycznym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający jako 1 szt. rozumie wycenę za 1 rolkę o dł. 40 mb?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 43

Pakiet nr 1 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o wymiarze min. 17,5 x 9,5cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 44

Pakiet nr 1 – pozycje nr 5-6

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety lepne posiadały przylepiec o szerokości min. 5 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 45

Pakiet nr 1 – pozycje nr 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zawierających serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 46

Pakiet nr 1 – pozycje nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę zamiast w rozmiarze 200x175cm, to serwetę w rozmiarze 200x200cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 47

Pakiet nr 1 – pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze: 40 x 46 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48

Pakiet nr 6 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z min. 5 tamponami włókninowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet nr 6 – pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M

1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

1 x serweta 75 x 90 cm, z otworem o średnicy 10 cm

1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet nr 6 – pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie zestawu z igłą **Luer-Lock** oraz nożyczki metalowe w rozmiarze **11,6cm**?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet nr 6 – pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły z końcówką luer-lock o długości **81 mm**?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 52

Pakiet nr 1 – pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2sekcyjną w rozmiarze: 43 x 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 45x28cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 54

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki 120mm x 250mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 55

Pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papieru w dwóch kolorach do wyboru: biały i zielony, czy naprzemiennie pakowany biało-zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru papieru pomiędzy białym i zielonym

Pytanie 56

Pakiet 8, poz. 10 i 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 z pakietu 9 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.