



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2022-09-27

Z/ZZP.2375.32.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku** (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2022r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw.wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2.

pozycja 1

- 1. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: zęb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione parametry.

pozycja 2

- 2. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści przewodnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Przewodnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w panczeru transportowym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione parametry.

pozycja 3

- 3. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastrokopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Gramatura butelka 260 g
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione parametry.

