

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W RZESZOWIE
35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16
TEL./17/86-43-312, FAX./17/850-70-53
NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840

Rzeszów, dnia 17.11.2022r.

ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.38.22

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę różnych sprzętów medycznych

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości powyżej 130.000,00 zł
zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)**

Specyfikację zatwierdza: _____

Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Adres: ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

Numer tel.: 17/ 850-70-53

Adres poczty elektronicznej: zaopatr@szpitalmsw.rzeszow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (URL):

<https://www.szpitalmsw.rzeszow.pl>

Adres skrytki ePUAP: /SPZOZMSWRZESZOW/SkrytkaESP

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert** zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **różnych sprzętów medycznych** do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 5 do SWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
2. Przedmiot zamówienia winien posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 186) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi:
 - a) być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE - zgodnie z art.11 ustawy o wyrobach medycznych
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość zadań 2. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Termin płatności – do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru.
6. Uwaga: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35.

Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację dostawy maksymalnie do 12 grudnia 2022r.

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie
 - a)art. 108 ust.1 ustawy ;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Spełniają następujące warunki dotyczące:

3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

3.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

3.3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,

3.4) zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Rozdział VI Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki cywilne/Konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział VII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, jeżeli dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. **Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia** zobowiązany jest podać taką informację w formularzu oferty wraz z podaniem zakresu zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział VIII Wykaz dokumentów i oświadczeń, których złożenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

A. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. **Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć** oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
 - 1) nie podlega wykluczeniu,
 - 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi **Załącznik nr 2** do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. **Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):**
 - 5.1 aktualnego na dzień złożenia - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 5.2 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu **Załącznik nr 3**
6. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w części A ust. 1 powyżej, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 - a. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych

- środków dowodowych.
- b. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
 - c. Oświadczenie, o którym mowa w części A ust. 1 powyżej składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

B PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

- a) dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2019, poz. 175) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego
 - b) opisy (karty katalogowe, ulotki) z opisem technicznym oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające spełnianie wymagań określonych w SWZ, wydane przez producenta
- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

C INNE DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ

1. Uzupełniony formularz ofertowy – zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do SWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno-granicznych wg **Załącznika nr 5 oraz dokumenty w nim wymienione**
3. Uzupełniony Formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do SWZ.
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
7. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego

Rozdział IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej email: zaopatr@szpitalmsw.rzeszow.pl
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

- Marek Pytel – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. /17/86-43-215 w godz. 10:00 – 12:00,
e-mail: zaopatr@szpitalmsw.rzeszow.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty” oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zaopatr@szpitalmsw.rzeszow.pl.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
11. Zamawiający przekazuje ID postępowania na mini Portalu w **Załączniku nr 7** do SWZ.
12. **Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.** Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z wyjaśnieniami oraz przygotowania i złożenia oferty.
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

- 17 W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie wymagać dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
- 18 Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1** do SWZ.
2. **Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i/lub poczty elektronicznej, poprzez którą prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. **Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym opisaniem pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział XI ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku**” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu OFERTA wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. W przeciwnym razie zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913),

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „*Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.).

Rozdział XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2022 r. do godz. 9:00**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r. o godz. 9:30**, za pośrednictwem miniPortalu.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24.12.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

Rozdział XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z terminową realizacją i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia
2. Cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
3. Ceny netto, brutto, wartość podatku VAT należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę ostateczną oferty należy podać w złotych polskich cyfrą i słownie.
5. Cena netto podana w formularzu ofertowo-cenowym nie ulegnie zmianie przez cały czas obowiązywania umowy.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XVI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób punktowania
1.	Cena	60%	Cena oferty najniższej podzielona przez cenę oferty ocenianej x waga
2.	Ocena techniczna	40%	ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ocena techniczna podzielona przez maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w kryterium ocena techniczna x waga

UWAGA: Punkty w kryterium „Cena” wyliczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny kryterium „Ocena techniczna” Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartej przez Wykonawcę w zestawieniu Formularzu parametrów techniczno-granicznych

Ostateczna liczba punktów będzie stanowić sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach : cena + ocena techniczna

Rozdział XVII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie to zostanie przesłane przez zamawiającego do wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zawrze umowę przed upływem wskazanego w pkt.1 terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

- 1 Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący **Załącznik nr 4** do niniejszej SWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia
- 2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, oraz na warunkach określonych we wzorze umowy

Rozdział XX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł, lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp.

Rozdział XXI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, e-mail: sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl, tel.: 17 86 43 313
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Imię i nazwisko: Przemysław Tuleja , adres email: kancelaria.tuleja@gmail.com
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE	Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „p.z.p.”)
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnień. Odbiorcami danych osobowych będą więc wszelkie osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na gruncie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p., z zachowaniem ograniczeń zasady jawności wskazanych w ww. przepisach. Każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żadanego zakresu danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą przechowywane przez cztery lata , a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 97 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia

	14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	<p>Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostęp do treści swoich danych (art. 15 RODO); • do sprostowania danych (art. 16. RODO); • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); • prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO). <p>W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.</p> <p>Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.</p> <p>Podmiotom danych nie przysługują następujące prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	<p>Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.</p> <p>Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.</p>
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH	Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, odrzuceniem oferty.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU	Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rozdział XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno - granicznych

Załącznik Nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 7 – ID postępowania na miniPortalu

Dane Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy / Wykonawców:

1. Nazwa Wykonawcy albo imię i nazwisko*:

.....
.....
.....

**Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego współnika spółki cywilnej.*

2. Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....
.....

3. Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

NIP **REGON**

adres internetowy dostępu do w/w dokumentu <https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu>
lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

adres internetowy dostępu do w/w dokumentu: <https://www.ceidg.gov.pl/>

nr NIP
lub

inny niż w/w rejestry (dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru poza granicami RP)

Nr rejestru prowadzony przez w

adres internetowy dostępu do w/w dokumentu:.....

4. Osoba do kontaktu z Zamawiającym:

5. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.....

6. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail:

Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na ww. adres poczty elektronicznej wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem wykonawca niezwłocznie zawiadamia zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:

.....

7. Wykonawca jest:

- * mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* dużym przedsiębiorstwem

*właściwe zaznaczyć poprzez wpisanie znaku X w polu wyboru.

II. Oferowany przedmiot zamówienia

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„.....

oferujemy wykonanie zamówienia:

W zakresie Zadania nr.....(wpisać właściwy)

za łączną cenę netto , która wynosi:

..... złotych

(słownie złotych:

Cena brutto wynosi:.....złotych

(słownie złotych:

W załączeniu szczegółowa oferta cenowa (wypełniony formularz asortymentowo cenowy).

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację dostawy do*

**(Należy podać termin w jakim będzie zrealizowana dostawa)*

III. Oświadczenie dotyczące postanowień treści SWZ

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, y, że załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
5. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami określonymi w SWZ i wzorze umowy.
6. W rozliczeniach będzie obowiązywać **termin płatności, który wynosi do 60 dni**, licząc od dnia otrzymania faktury VAT. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy.
7. Zamówienie wykonam/y samodzielnie / podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*

.....
**(Należy podać nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych prac, wartość lub procentową część zamówienia)*

8. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję/informujemy, że wybór oferty:
 - a) **nie będzie prowadził*** do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
 - b) **będzie prowadził*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Jednocześnie wskazuję/jemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

Wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku

**Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

9. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)
10. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).**

IV. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

V. Oświadczenie RODO

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej do SWZ, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu / Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczących / Oświadczam, że wobec mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (niepotrzebne skreślić).

VI. Spis załączników

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty

- 1)
- 2)
- 3)

Miejscowość data

Informacja:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę.

Dane Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów

Dane Wykonawcy:

Nazwa:
Siedziba/adres:
NIP/PESEL, KRS/CEiGD (w zależności od podmiotu)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„.....”
prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie oświadczam/y, co następuje:

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że **spełniam warunki udziału w postępowaniu** określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

....., dnia.....r.
(miejscowość)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
w następującym zakresie.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia.....r.
(miejscowość)

Informacja:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę

Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Oświadczam, że **nie występują** wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp*
Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:

.....
* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

....., dnia.....r.
(miejsowość)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia.....r.
(miejsowość)

Informacja:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....
.....

Niniejszym oświadczam, że **należę / nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

Lp.	Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga!

Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej części zamówienia złożono tylko jedną ofertę częściową to oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania) - brak obowiązku składania w/w oświadczenia Zamawiającemu.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie powiązań z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

= WZÓR UMOWY =
Projekt umowy nr/ 2022

zawarta w dniu 2022 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148 adres: ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, NIP: 813 28 92 063 zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez:

Zbigniewa Widomskiego – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Kupującego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS

a

..... wpisanym do pod numerem prowadzonego przezzwanym w treści umowy Dostawcą reprezentowanym przez

w rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Dostawcy w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

§1

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodnie z ofertą z dnia stanowiącą załącznik nr 1, do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
2. Dostawca dostarczy towar zgodny z Załącznikiem Nr 6 do SWZ , który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zarówno pod względem asortymentowym jak i ilościowym do dnia
3. Realizacja dostawy odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych towarów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. na koszt i ryzyko Dostawcy.
4. Dostawca odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego towaru na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później jednak niż w terminie 10 dni od jej złożenia na piśmie przez Kupującego.
5. Dostawca zapewnia, że dostarczy towar fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolne od wad materiałowych i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczone towary dopuszczone są do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Polsce i posiadają, o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.

§ 2

Wszystkie koszty związane z dostawą towarów do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 (transport, ubezpieczenie, opakowanie, opłaty podatkowe, rozładunek i inne czynności Dostawcy związane z przygotowaniem dostaw) pokrywa Dostawca. Koszty te stanowią składnik ceny ofertowej Dostawcy.

§ 3

1. Za dostarczone towary Kupujący zapłaci Dostawcy cenę zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 w terminie **do 60 dni** od daty dostarczenia faktury oraz protokołu odbioru, w wysokości

netto..... zł, co stanowi wartość brutto zł (słownie:), płatnej przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

2. Cena towarów zaoferowana przez Dostawcę w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za ewentualnym wyjątkiem:
 - a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na określone towary.
3. Na zaoferowane towary Dostawca udziela gwarancji przez okres miesięcy oraz bezpłatny przegląd serwisowy.

§ 4

1. Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
 - a) za rozwiązanie umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy,
 - b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust.5 w wysokości 0,1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3. Wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może łącznie przekroczyć 20% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionych towarów i ich cen netto.
4. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy należy dokonywać za zgodą obu stron w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Kupujący i 1 egz. Dostawca.

KUPUJĄCY

DOSTAWCA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 1

Nazwa oferenta

Szafka przyłóżkowa - 39 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
I	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo	TAK	
2	Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm	TAK, Podać	
3	Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych	TAK	
4	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia. Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.	TAK	
5	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki	TAK	
6	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	TAK	
7	System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	

	System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu		
8	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.	TAK	
9	Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunieniem się	Tak	
10	Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta	TAK	

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany stół jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
Miejscowość, data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 2

Nazwa oferenta

Różny asortyment

Regał ze stali kwasoodpornej wymiary: 1000x400x1800 mm – 2 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
I	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Regał wyposażony w: - 4x półka prętowa, w tym: 3x półką na miski i baseny + 1x półka na pokrywki	TAK	
4	Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
5	Półki mocowane <u>skośnie</u>	TAK	
6	Wymiary regału: - szerokość: 1000 mm (+/- 10mm) - głębokość: 400 mm (+/- 10mm) - wysokość: 1800 mm (+/- 10mm)	TAK, Podać	
7	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)	TAK, Podać	
Regał ze stali kwasoodpornej wymiary: 1000x400x1800 mm – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
II	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Regał wyposażony w: - 4x półka prętowa, w tym: 3x półką na miski i baseny + 1x półka na pokrywki	TAK	
4	Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
5	Półki mocowane <u>prosto</u>	TAK	
6	Wymiary regału: - szerokość: 1000 mm (+/- 10mm) - głębokość: 400 mm (+/- 10mm) - wysokość: 1800 mm (+/- 10mm)	TAK, Podać	

7	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)	TAK, Podać	
---	--	------------	--

Regał ze stali kwasoodpornej wymiary: 1000x500x1800 mm – 4 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
III	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Regał wyposażony w 5 półek perforowanych	TAK	
4	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
5	Regał wykonany z kształownika: 30x30 mm (+/- 2 mm) Półki o grubości: 40 mm (+/- 5 mm)	TAK, Podać	
6	Stopy z możliwością poziomowania w zakresie +/-25 mm	TAK, Podać	
7	Wymiary: 1000x500x1800 (+/- 10 mm) <i>[szerokośćxgłębokośćxwysokość]</i>	TAK, Podać	
8	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)	TAK, Podać	

Regał ze stali kwasoodpornej wymiary: 1000x500x1800 mm – 3 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
IV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Regał wyposażony w 4 półki perforowane	TAK	
4	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
5	Regał wykonany z kształownika: 30x30 mm (+/- 2 mm) Półki o grubości: 40 mm (+/- 5 mm)	TAK, Podać	
6	Stopy z możliwością poziomowania w zakresie +/-25 mm	TAK, Podać	
7	Wymiary: 1000x500x1800 (+/- 10 mm) <i>[szerokośćxgłębokośćxwysokość]</i>	TAK, Podać	

8	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)	TAK, Podać	
Skaner żył - 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
V	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Przenośny skaner naczyń krwionośnych (iluminator naczyń) umożliwiający zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem	TAK	
4	Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami w czasie rzeczywistym. Lokalizacja naczyń krwionośnych dokonywana jest poprzez wchłanianie promieniowania podczerwieni przez hemoglobinę we krwi.	TAK	
5	Emisja Podczerwieni w technologii Dual:	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
6	Emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850nm każdy	TAK, podać	
7	Podstawowe źródło światła 850 nm	TAK, podać	
8	Dodatkowe niezależne źródło światła 850 nm	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
9	Możliwość pracy w trybach wyświetlania: pozytyw, negatyw, głębokość naczyń	TAK	
10	5 kolorów wyświetlania	TAK, Podać	
11	4 poziomy jasności wyświetlania	TAK, Podać	
12	Jasność obrazu: 2,221 cd/m2 regulowana 4-stopniowo	TAK, Podać	
13	3 rozmiary okna wyświetlania	TAK, Podać	
14	Dwa wskaźniki poprawności utrzymania optymalnej pozycji ogniskowania obrazu	TAK, Podać	
15	Funkcja pomiaru głębokości żył - trójstopniowa	TAK	
16	Funkcja zamrażania obrazu	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
17	Opcja wyświetlania w rozdzielczości większej niż 414 500 pikseli	TAK, podać	
18	Dwie proporcje (formaty) wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych	TAK, Podać	

19	Urządzenie wyposażone w panel wyświetlania z wbudowanym wyświetlaczem OLED oraz diodami LED wyświetlający ustawione funkcje/tryby urządzenia oraz aktualny stan baterii	TAK	
20	Wbudowany wyświetlacz o wielkości 1,3 cala	TAK, Podać	
21	Panel sterowania pozbawiony menu	TAK	
22	Urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnej płaszczyźnie poza obręb obudowy, ułatwiających dezynfekcję urządzenia.	TAK	
23	Przyciski jednofunkcyjne oznaczone graficznie, zgodnie z funkcją przeznaczenia	TAK	
24	Dedykowany przycisk włącz/wyłącz	TAK	
25	Dedykowany przycisk regulacji poziomu jasności wraz ze wskazaniem na ekranie wybranego poziomu	TAK	
26	Dedykowany przycisk zmiany wielkości okna wyświetlania	TAK	
27	Dedykowany przycisk zmiany trybu/koloru	TAK	
28	Urządzenie zasilane baterią li-ion o pojemności 3000 mAh	TAK, podać	
29	Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii	TAK	
30	Urządzenie energooszczędne (maksymalne zużycie baterii 1200mAh na godzinę)	TAK, podać	
31	Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu baterii z włączonym światłem do podświetlania żył min. 180 min.	TAK, podać	
32	Urządzenie wyposażone w kompatybilny statyw jezdny	TAK	
33	Statyw jezdny z regulacją wysokości i kąta nachylenia urządzenia	TAK	
34	Statyw jezdny z samozatraskową głowicą z blokadą zapobiegającą upadkowi urządzenia, nie wymagający przykręcania urządzenia do statywu	TAK	
35	Statyw jezdny wyposażony w demontowalną rączkę z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku jej zamocowania	TAK	
36	Statyw jezdny wyposażony w demontowalny dedykowany pojemnik na ładowarkę z otworem na prowadzenia przewodu zasilającego z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku zamocowania pojemnika	TAK	
37	Podstawa statywu jezdnego o kształcie umożliwiającym ustawienie statywu w taki sposób, aby wystawała maksymalnie 10cm spod mebla (łóżka, fotela, biurka, stołu)	TAK	
38	Kompatybilna ładowarka statywowa z możliwością ładowania urządzenia w statywie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
39	Mobilna ładowarka umożliwiająca używanie jej wraz ze statywem bądź bez niego	TAK	
40	Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 224 x 68 x 64 mm (+/- 5 mm)	TAK, podać	
41	Waga urządzenia: 485g	TAK, podać	
42	Warunki pracy: - temperatura – od 5°C do 40°C - wilgotność – od 20% do 90% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji	TAK, podać	
43	Warunki transportu i przechowywania: - temperatura – od -20°C do 55°C	TAK, podać	

	- wilgotność – od 10% do 95% wilgotności względnej bez kondensacji		
44	Urządzenie spełniające standardy bezpieczeństwa IEC 60601-1:2012 MEE IEC60601-1-2:2014 MEE	TAK, podać	
45	Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny	TAK, podać	
Zestaw do szybkiego toczenia krwi – 2 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów	TAK	
4	Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia.	TAK	
5	Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, kolorowe oznaczenia strefy roboczej zielonej na manometrze	TAK	
6	Możliwość umieszczenia płynów o objętości 500ml	TAK	
7	Opakowanie z płynem umieszczone za przezroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu	TAK	
8	Wyposażony w element do podwieszenia	TAK	
Aparat do EKG z wózkiem – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych	TAK	
4	Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG	TAK	
5	Automatyczne wykrywanie załamek P, QRS, T, oraz pomiar amplitud wszystkich załamek	TAK	
6	Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu.	TAK	
7	Rodzaje badań: ręczne, AUTO, LONG, AUTOMANUAL, automatyczne do schowka	TAK, podać	
8	Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń	TAK	
9	Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund	TAK, podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	

10	Zapis badania LONG do pamięci od 1 minuty do 15 minut	TAK, Podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
11	Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy	TAK	
12	Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym	TAK	
13	Zapis wsteczny 1-30 sekund	TAK, Podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
14	Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 112 mm	TAK, Podać	
15	Ekran dotykowy 7” , rozdzielczość 800x480	TAK, podać	
16	Wykonywanie do 125 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej	TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana 10 pkt.	
17	Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz	TAK, podać	
18	Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz	TAK, Podać	
19	Filtr izolinii; do wyboru: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz	TAK, podać	
20	Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału	TAK	
21	Aparat przystosowany do pracy na otwartym sercu	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
22	Ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu	TAK	
23	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących	TAK	
24	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca	TAK	
25	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	TAK	
26	Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL	TAK	
27	Pamięć min. 950 pacjentów lub 950 badań	TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana 10 pkt.	
28	Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet	TAK	
29	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51	TAK	
30	EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)	TAK	
31	Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)	TAK	

32	Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał	TAK, podać	
33	Prędkości zapisu (5; 6,25; 10; 12,5; 25 i 50 mm/s)	TAK, podać	
34	Czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV	TAK, podać	
35	Rozdzielczość przetwornika 12bitów	TAK, podać	
36	Wymiary: 258x199x50 mm	TAK, podać	
37	Urządzenie wyposażone w dedykowany wózek jezdny z koszykiem na akcesoria	TAK	

Unguator automatyczny – 1 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL 		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Mikser recepturowy automatyczny	TAK	
4	Moc maksymalna: 270W	TAK, Podać	
5	Pobór mocy (silnik mieszający): 220 W	TAK, Podać	
6	Umożliwia sporządzanie leków w pojemnikach-tubach o pojemnościach od 15 do 500ml, bezpośrednio wydawanych pacjentom	TAK	
7	I klasa bezpieczeństwa	TAK	
8	Stopień ochrony: IP 21	TAK	
9	Elektroniczna regulacja prędkości w 10 zakresach	TAK	
10	Tryb pracy: przerywany (5 minut pracy przy maksymalnym obciążeniu – 15-20 minut przerwy)	TAK	
11	Waga całkowita: 9,5 kg (+/- 0,5 kg)	TAK, Podać	
12	Wymiary: 300 x 300 x 650 mm (+/- 10 mm)	TAK, Podać	
13	Regulacja czasu pracy: od 0:05 do 9:55 minut	TAK	
14	Natężenie dźwięku: 70 dB	TAK	
15	Zasilanie elektryczne: 230 – 240 V 50 Hz	TAK	
16	Wyposażenie: aplikator długi x 10 szt., mieszadło stałe 100 ml x 1 szt., mieszadło stałe 200 ml x 1 szt., mieszadło stałe 300 ml x 1 szt., pojemnik – tuba 100/140 ml x 10 szt. – 3 op., pojemnik – tuba 200/280 ml x 5 szt. – 1 op., pojemnik – tuba z tłokiem 300/390 ml x 5 szt. – 1 op., foremki blistrowe do czopków 2g/25 x 12 = 300 otworów – 1 op., stojaczek do foremek blistrowych na czopki i globulki – 1 szt.	TAK	

Termohigrometr – 8 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
IX	DANE OGÓLNE		

	NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	2-kanałowy rejestrator WLAN temperatury i wilgotności z wewn. czujnikiem wilgotności i wyświetlaczem	TAK	
4	Typ sondy: NTC/ pojemnościowy sensor wilgotności	TAK	
5	Zakres pomiarowy: 0... 100 % wilg.wzg. -30... +50 °C	TAK, Podać	
6	Dokładność: ±2 % wilg.wzg. ±0.5 °C	TAK, Podać	
7	Rozdzielczość: 0,1 % wilg.wzg., 0.1 °C	TAK, Podać	
8	Temperatura pracy: -30... +50 °C	TAK, Podać	
9	Temperatura składowania: -40... +70 °C	TAK, Podać	
10	Typ baterii: 4 x bateria AA Al-Mn	TAK, Podać	
11	Żywotność baterii: 2 lata (15 min krok pomiarowy, +25 °C)	TAK, Podać	
12	Klasa zabezpieczenia: IP30	TAK, Podać	
13	Krok pomiarowy: 1 min – 24 godz. dla licencji Advanced (dowolnie ustawiany)	TAK	
14	Cyklpomiarowy: 1 min – 24 godz. dla licencji Advanced (dowolnie ustawiany)	TAK	
15	Pamięć: 10.000 wartości pomiarowych na kanał	TAK, Podać	
16	Wzorcowanie w zakresie Akredytacji PCA wykonane przez Laboratorium Wzorcujące w punktach: (25;50;75)%RH przy 25 °C	TAK	
Wózek platformowy do transportu, wymiary platformy: 1000x600 mm – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
X	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Uniwersalny wózek transportowy, do różnych przeznaczeń	TAK	
4	Nośność ok. 400kg	TAK, Podać	
5	Platforma ładunkowa ze sklejki wodoodpornej	TAK	
6	Wytrzymała konstrukcja spawana	TAK	
7	Lakierowany proszkowo	TAK	
8	Zastosowane dwa zestawy kołowe skrętne i dwa zestawy stałe	TAK	
9	Poręcze można odkręcić w zależności od bieżącej potrzeby	TAK	
10	Wymiary platformy: 1000x600 mm	TAK, Podać	

Wózek platformowy do transportu, wymiary platformy: 1200x700 mm – 1 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Uniwersalny wózek transportowy, do różnych przeznaczeń	TAK	
4	Nośność ok. 400kg	TAK, Podać	
5	Platforma ładunkowa ze sklejki wodoodpornej	TAK	
6	Wytrzymała konstrukcja spawana	TAK	
7	Lakierowany proszkowo	TAK	
8	Zastosowane dwa zestawy kołowe skrętne i dwa zestawy stałe	TAK	
9	Poręcze można odkręcić w zależności od bieżącej potrzeby	TAK	
10	Wymiary platformy: 1200x700 mm	TAK, Podać	

Wózek platformowy do transportu – 2 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Uniwersalny wózek transportowy półkowy, ok. 1000x600, dwupółkowy, do różnych przeznaczeń	TAK, Podać	
4	Nośność ok. 400kg	TAK, Podać	
5	Platforma ładunkowa z płyty antypoślizgowej	TAK	
6	Dodatkowa poręcz – wózek dwuporęczowy	TAK	
7	Dodatkowa półka – wózek dwupółkowy - odległość między półkami ok. 496 mm	TAK, Podać	
8	Wytrzymała konstrukcja spawana	TAK	
9	Lakierowany proszkowo	TAK	
10	Zastosowane dwa zestawy kołowe skrętne i dwa zestawy stałe	TAK	

Wózek platformowy do transportu – 1 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		

1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Uniwersalny wózek ocynkowany	TAK	
4	Nośność ok. 100kg	TAK, Podać	
5	Wózek posiada dwa kosze	TAK	
6	Odległość między koszami ok. 300 mm	TAK, Podać	
7	Kółka: cztery kółka skrętne 100 mm	TAK, Podać	
8	Dane techniczne: Wymiary (D x S x W): 690 x 410 x 950 mm Wymiary kosza górnego: 605 x 400 x 360 mm Wymiary kosza dolnego: 605 x 400 x 110 mm	TAK, Podać	
9	Waga: ok. 13kg	TAK, Podać	
Waga apteczna – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Waga apteczna na płyny	TAK	
4	Posiada układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia samoczynne utrzymywanie dokładności wagi podczas eksploatacji	TAK	
5	Interfejs szeregowy RS232C pozwalający na podłączenie drukarki lub komputera	TAK	
6	Obciążenie (max) 2200g	TAK, Podać	
7	Działka odczytowa (d) 0,01g	TAK, Podać	
8	Wymiary szalki: 165x 165mm (± 5mm)	TAK, Podać	
9	Gabaryty: 215(235)x345x90mm (± 5mm)	TAK, Podać	
10	Zasilanie: ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A	TAK, Podać	
11	Klasa dokładności: II	TAK	
12	Masa wagi: ok. 5kg	TAK, Podać	
13	Czas ważenia: <3s	TAK, Podać	
14	Działka legalizacyjna (e): 0,1g	TAK, Podać	
15	Zakres tarowania pełny	TAK	
16	Legalizacja	TAK	
Waga apteczna – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	

2	Producent	Podać	
3	Waga apteczna na proszki	TAK	
4	Posiada układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia samoczynne utrzymywanie dokładności wagi podczas eksploatacji	TAK	
5	Interfejs szeregowy RS232C pozwalający na podłączenie drukarki lub komputera	TAK	
6	Obciążenie (max): 520g	TAK, Podać	
7	Działka odczytowa (d): 1mg	TAK, Podać	
8	Gabaryty: 215(235)x345x90mm (± 5mm)	TAK, Podać	
9	Zasilanie: ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A	TAK, Podać	
10	Klasa dokładności: II	TAK	
11	Masa wagi: ok. 5kg	TAK, Podać	
12	Czas ważenia: <3s	TAK, Podać	
13	Działka legalizacyjna (e): 0,1g	TAK, Podać	
14	Zakres tarowania pełny	TAK	
15	Wymiary szalki ø115mm	TAK, Podać	
16	Legalizacja	TAK	
Suszarka laboratoryjna – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Sterylizator laboratoryjny z wymuszonym obiegiem powietrza	TAK	
4	Pojemność ok. 112 l	TAK, Podać	
5	Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową	TAK	
6	Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301)	TAK	
7	Drzwi pełne	TAK	
8	Zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +250°C	TAK, Podać	
9	Regulacja temperatury co 0,1°C	TAK, Podać	
10	4,3", przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy	TAK	
11	Sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy	TAK	
12	Możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 0...100%	TAK, Podać	
13	Gotowe programy sterylizacyjne	TAK	
14	Kominek wentylacyjny sterowany programowo	TAK	
15	Blokada drzwi podczas pracy urządzenia	TAK	
16	2 półki druciane INOX	TAK	

17	Dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia 60 kg	TAK, Podać	
18	Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika $f=30$ mm	TAK	
19	Pamięć wyników pomiarowych	TAK	
20	Sygnalizacja otwartych drzwi	TAK	
Suszarka do rąk – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Suszarka do rąk w obudowie stalowej, biała	TAK	
4	Zasilanie: 220V-240V / 50Hz-60Hz	TAK, Podać	
5	Bardzo krótki czas suszenia (8 do 10 s).	TAK, Podać	
6	Moc wyjściowa ok. 1800 W	TAK, Podać	
7	Uruchamiane automatycznie czujnikiem zbliżeniowym	TAK	
8	Suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza	TAK	
9	Wyposażone w przewód zasilający z wtyczką	TAK	
10	W suszarce istnieje możliwość wyłączenia grzałki, suszy wtedy zimnym powietrzem - oszczędność energii - pobór mocy spada do 550 W	TAK, Podać	
11	Wymiary: - wysokość ok. 32 cm - szerokość ok. 29 cm - głębokość ok. 17 cm	TAK, Podać	
12	Poziom hałasu: ok. 70 dB	TAK, Podać	
13	Wydajność: ok. 3,33 m ³ /min	TAK, Podać	
Lodówka – 3 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Chłodziarka do przechowywania szczepionek z zewnętrznymi drzwiami przeszklonymi i wymuszonym obiegiem powietrza	TAK	
4	Zakres temperatury : 0...+10 [°C]	TAK, Podać	

5	Regulacja temperatury co 0,1 [°C]	TAK, Podać	
6	Pojemność komory: ok. 625 l	TAK, Podać	
7	Wymiary wewnętrzne komory szer. 600 x wys. 1510 x gł. 680 [mm]	TAK, Podać	
8	Drzwi szklane	TAK	
9	Mikroprocesorowy sterownik temperatury z wyświetlaczem LED na zewnątrz	TAK	
10	Priorytet temperatury - włączanie i wyłączanie kompresora w zależności od temperatury zmierzonej za pomocą zabudowanego czujnika temperatury	TAK	
11	Alarm przekroczenia zadanych wartości temperatury (+2°C ... +8°C)	TAK, Podać	
12	Wnętrze z aluminium	TAK	
13	Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo	TAK	
14	Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze	TAK	
15	System chłodzenia	TAK	
16	Funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki	TAK	
17	Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika $\phi = 30$ mm w celu monitorowania temperatury w komorze	TAK	
18	Zamknięcie na klucz	TAK	
19	Kółka jezdne z blokadą	TAK	
20	6 półek drucianych	TAK	
21	Maksymalne obciążenie półki: 30 [kg]	TAK, Podać	
22	Maksymalne obciążenie urządzenia 150 kg	TAK, Podać	
23	Zasilanie: 230 V 50 Hz	TAK, Podać	
24	Czynnik chłodniczy R290/GPW=3	TAK, Podać	
25	Niezależny rejestrator temperatury i wilgotności z modułem GSM do wysyłania SMSów w przypadku prze-kroczenia zakresu temperatury, zaniku zasilania, wysyłanie SMSów do maks. 5 numerów telefonów komórkowych, możliwość ustawienia opóźnienia wysyłania SMSów, możliwość raportowania (dzień i godzina) o aktualnej temperaturze w chłodziarce, w zestawie: karta mikroSD o pojemności co najmniej 16 Gb, czujnik wilgotności i temperatury na kablu o dł. 2,5 m, oprogramowanie do konfiguracji rejestratora, szczytywania zapamiętanych danych i tworzenia raportów, uchwyt do zamocowania na ścianie	TAK	
26	Wzorowanie chłodziarki w 9 punktach w komorze (naroża i środek geometryczny), wykonane przez laboratorium akredytowane i potwierdzone świadectwem wzorcowania	TAK	
27	Wzorcowanie rejestratora wilgotności i temperatury wykonane przez laboratorium akredytowane i potwierdzone świadectwem wzorcowania	TAK	

Lodówka – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Biała lodówka z zamrażarką na dole	TAK	
4	Wymiary (WxSxG) [cm]: 203 x 59.5 x 68.2	TAK, Podać	
5	Pojemność [l]: ok. 277 chłodziarka + 107 zamrażarka	TAK, Podać	
6	Roczne zużycie prądu: ok. 215 kWh	TAK, Podać	
7	Klasa energetyczna: D	TAK, Podać	
8	Pełny No Frost	TAK	
9	Poziom hałasu [dB]: ok. 35	TAK, Podać	
10	Funkcje: Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem	TAK	
Bateria zlewozmywakowa – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Bateria kuchenna stojąca GRANAT z obrotową wylewką	TAK	
4	Materiał: mosiądz	TAK	
5	Element Sterujący: regulator ceramiczny Ø35	TAK, Podać	
6	Napowietrzacz	TAK	
7	Przepływ Wody [L/Min]: ok. 12	TAK, Podać	
8	Ciśnienie Robocze [Atm]: ok. 3	TAK, Podać	
9	Temperatura Wody [°C] Maks.: ≤90	TAK, Podać	
10	Długość Wylewki [Mm]: ok. 200	TAK, Podać	
Kuchenska – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		

1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kuchenka nastawna odpowiednia do naczyń kuchennych o średnicy 12-30 cm z funkcją automatycznego wykrywania naczyń do gotowania	TAK	
4	Kolor: Biały	TAK	
5	Rodzaj płyty: Indukcyjna	TAK	
6	Wymiary: - Szerokość [cm]: ok. 29.5 - Głębokość [cm]: ok. 36	TAK, Podać	
7	Moc [kW]: ok. 1.8	TAK, Podać	
8	Duży czytelny dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED umożliwia regulację temperatury w zakresie 60°-240°C, czasu od 1 do 180 minut oraz mocy w zakresie: 200-1800W.	TAK, Podać	
9	Wyposażona w elementy ochrony przed przegrzaniem	TAK	
10	Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach bezczynności	TAK	
11	Funkcje dodatkowe: Blokada przycisków, Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, Szybkie nagrzewanie, Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, Timer, Wyświetlacz elektroniczny	TAK	

Paleta plastikowa zmywalna – 2 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Antypoślizgowa paleta z tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami metalowymi wyprodukowana z doskonałej jakości polietylenu odpornego na mróz oraz chemikalia	TAK	
4	Stalowe zbrojenie płóz	TAK	
5	Dopuszczalne obciążenie: - do 1000 kg na regałach wysokiego składowania, - do 1500 kg obciążenia dynamicznego, - do 5000 kg na płaskich powierzchniach.	TAK, Podać	
6	Zakres temperatur [°C] -30 do +70	TAK, Podać	
7	Wymiary [mm] : ok. 1200 x 800 x 150	TAK, Podać	
8	Waga [kg]: ok. 18	TAK, Podać	

Odkurzacz bezworkowy – 1 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis

XXIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kompaktowy, wygodny i mocny odkurzacz z filtrem wodnym	TAK	
4	Poziom hałasu [dB]: ok. 80	TAK, Podać	
5	Moc silnika [W]: ok. 650	TAK, Podać	
6	Zbieranie kurzu: pojemnik	TAK	
7	Pojemność pojemnika/worka [l]: ok. 2	TAK, Podać	
8	Zasięg pracy [m]: ok. 10	TAK, Podać	
9	Funkcje: Praca na mokro, Regulacja mocy ssania	TAK	
Wózek mały z mopami do sprzątnia – 1 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min. 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Wózek do sprzątnia wyposażony w dwa wiadra czerwone i niebieskie	TAK	
4	Posiada prasę do mopów	TAK	
5	Pojemność wiader ok. 17 litrów	TAK, Podać	
6	Parametry techniczne: - wysokość: ok. 51 cm - szerokość: ok. 45 cm - głębokość: ok. 74 cm	TAK, Podać	
Kosz – 5 szt.			
L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kosz o pojemności ok. 25l	TAK, Podać	
4	Wykonany z wysokiej jakości plastiku AVS	TAK	
5	Uchylna pokrywa gwarantująca komfort użytkowania	TAK	
6	Wymiary: Wysokość: ok. 470 mm Szerokość: ok. 260 mm Głębokość: ok. 340 mm	TAK, Podać	
Kosz – 10 szt.			

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXVI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji min 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kosz na śmieci o pojemności ok. 40l	TAK	
4	Wykonany z wytrzymałego plastiku	TAK	
5	Zbiornik na śmieci otwiera się w prosty i higieniczny sposób nogą za pomocą specjalnego pedału	TAK	
6	Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną	TAK	
7	Wymiary: Wysokość: ok. 610 mm Szerokość: ok. 250 mm Głębokość: ok. 420 mm	TAK, Podać	

Lampa bakteriobójcza – 2 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXV II	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2022 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza przepływowa, mobilna, na statywie przejezdny	TAK	
5	Wykonana z blachy kwasoodpornej	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
6	Dezynfekująca powietrze bez konieczności opuszczania pomieszczenia przez pacjentów i personel	TAK	
7	Posiadająca licznik mechaniczny wskazujący czas pracy promiennika z dokładnością do 1h	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
8	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz	TAK	
9	Energooszczędna - pobór mocy: maksymalnie 85W	TAK	
10	Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W	TAK	
11	Trwałość promiennika: min 7500 h	TAK, Podać Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość większa niż wymagana 10 pkt.	
12	Wydajność wentylatora min. : 132 m ³ /h	TAK, Podać	

13	Dezynfekowana kubatura: maksymalnie 50 m ³ /h	TAK, Podać	
14	Zasięg działania lampy do 20 m ²	TAK, Podać	
15	Klasa zabezpieczenia ppor.: I	TAK	
16	Typ obudowy: IP 20	TAK	
17	Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm (+/- 5%)	TAK, Podać	
18	Wymiary: 600 x 1300 x 600 mm (+/- 5%)	TAK, Podać	
19	Masa do 15 kg	TAK, Podać	
20	Przewód z wtyczką	TAK	
Wózek transportowy – 2 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXV III	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1.	Długość całkowita wózka 2100 mm +/- 10 mm	Tak	
2.	Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej 1190 mm +/- 5mm	Tak	
3.	Barierki z przerwą od strony głowy pacjenta	Tak	
4.	Szerokość całkowita przy podniesionych barierkach 910 mm +/- 5 mm	Tak	
5.	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 600 mm +/- 5 mm	Tak	
6.	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 950 mm +/- 5 mm	Tak	
7.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego.	Tak	
8.	Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową	Tak	
9.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0°-90°	Tak	
10.	Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.	Tak	
11.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -12°-+12°	Tak	
12.	Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.	Tak	
13.	Centralna podwójna jednoczesna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu dźwigni nożnej	Tak (Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu jednej dźwigni nożnej) - 10 pkt. Nie - 0 pkt.)	

14.	Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost zlokalizowane w szczytach wózka	Tak	
15.	Nośność maksymalna 317kg. +/- 2 kg	Tak (powyżej 317 kg - 10 pkt. Poniżej 317 kg. - 0 pkt.	
16.	Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu 200 mm +/- 0,3mm	Tak	
17.	Materac piankowy z dodatkowym zabezpieczeniem przed wnikaniem płynów, niepalny, wodoszczelny, o wysokości 75 mm, +/- 5mm, szerokości 760 mm +/- 5mm waga 6,0 kg +/- 1 kg	Tak	
18.	Długość materaca 1900mm +/- 5mm	Tak	
19.	Ergonomiczne, składane pod leże uchwyty prowadzące od strony głowy i nóg Pacjenta	Tak (Ergonomiczne , składane pod leże ochwyty prowadzące od strony głowy i nóg Pacjenta -10 pkt. Nie - 0 pkt.)	
20.	Zintegrowany uchwyt na butlę tlenową	Tak	

Destylator wody – 1 szt.

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXIX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL 		
1	Rok produkcji min 2021 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Destylator elektryczny przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji	TAK	
4	Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada wymaganiom normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wody III stopnia oraz Farmakopei Polskiej X.	TAK	
5	Urządzenie wolno stojące przystosowane do pracy ciągłej.	TAK	
6	Części stykające się z wodą i parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową.	TAK	
7	Wyposażony w regulator natężenia przepływu, regulator temperatury.	TAK	
8	Do destylacji powinna być użyta woda uzdatniona, pochodząca z sieci wodociągowej	TAK	
9	Destylator doprowadza wodę do temperatury wrzenia, następnie para wodna skrapla się dzięki chłodnicy, w której zastosowano deflegmator zabezpieczający przed dostawaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu.	TAK	

10	Klasa ochrony aparatu: I	TAK, Podać	
11	Wydajność destylatu: ok. 4 dm ³ /h	TAK, Podać	
12	Zużycie wody: ok. 50 dm ³ /h	TAK, Podać	
13	Pobór mocy: ok. 3 kW	TAK, Podać	
14	Napięcie znamionowe: 230 V AC	TAK, Podać	
15	Masa: ok. 8 kg	TAK, Podać	
16	Wymiary zewnętrzne (mm): ok. 341 x 261 x 397 (szer. x głęb. x wys.)	TAK, Podać	

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany stół jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
Miejscowość, data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Opis sprzętu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wart. netto	VAT %	Wart. brutto
1.	szt.					
2.	szt.					
3.	szt.					
4.	szt.					
5.	szt.					
..	szt.					
..	szt.					
R A Z E M							

Razem słownie:
..... złotych brutto

Nazwa handlowa oferowanego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym:
.....

Miejsce i data:.....

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

f3ccb586-9b54-46f6-af04-784a6cc71218